



gemeente
Barneveld

Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Telefoon 14 0342
Internet www.barneveld.nl
Whatsapp 0342495902

Datum:

25 maart 2026

Ons kenmerk:
799563

Uw bericht van:
26 februari 2026

Organisatieonderdeel:
Team Beleid

Behandeld door:
M. van der Wouw

Telefoonnummer:
-

Onderwerp:
**Beantwoording
raadvragen levens
redden door AED netwerk
te vergroten**

Geachte heer Kool,

In uw brief van 26 februari jl. stelt u ons op grond van artikel 41 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad schriftelijke vragen over levens redden door het AED-netwerk te vergroten. Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen

1. Algemene beschikbaarheid AED's:

In welke wijken hangen er momenteel AED's?

In alle wijken en dorpen binnen de gemeente Barneveld hangen momenteel AED-apparaten. In de bijlage vindt u een overzicht van de specifieke locaties.

In welke wijken of dorpen nog niet en wat is daarvan de reden?

Er staan nog enkele aanvullende plaatsingen gepland in de wijken Holzenbosch in Voorthuizen, het Wulperveld in Stroe, Bloemendal en Woudse Erven in Barneveld. Dit zijn relatief nieuwe woongebieden waar het AED-netwerk nog in opbouw is. Om overall binnen een straal van 500 meter een AED beschikbaar te hebben, is uitbreiding in deze wijken nodig. De geplande plaatsingen zijn daarom bedoeld om het bestaande netwerk aan te vullen en de dekking in deze nieuwe buurten te verbeteren.

Hoe worden de AED's onderhouden? Vindt er steeds nieuwe aanschaf plaats als een AED niet meer deugdelijk functioneert of vervangen moet worden?

De AED-apparaten hangen in AED-kasten. Er wordt een signaal afgegeven zodra een AED-kast wordt geopend, het AED-apparaat uit de kast wordt verwijderd of weer wordt teruggeplaatst. Hierbij wordt automatisch een e-mail gestuurd naar het e-mailadres van het AED-netwerk. Op deze manier wordt geregistreerd wat er met elk AED-apparaat gebeurt.

Daarnaast vindt twee keer per jaar een fysieke controle van alle AED-apparaten plaats, in april en november. Tijdens deze controle worden onderdelen die aan vervanging toe zijn direct vervangen. Er is tevens een achterwacht die 24/7 bereikbaar is en op elke AED-kast zit een QR-code waarmee gebruikers problemen kunnen melden.

AED-apparaten worden vervangen wanneer er een derde nieuwe hoofdaccu nodig is. De hoofdaccu's gaan gemiddeld 6 tot 7 jaar mee en een AED-apparaat heeft een maximale levensduur van ongeveer 14 jaar. Een AED-apparaat wordt vervangen wanneer er schade is ontstaan of een storing optreedt.

2. Beschikbaarheid deelnemers:

- *In hoeverre is het aantal deelnemers belemmerend voor uitbreiding van het AED-netwerk?*

- *Hoe zorgt het college voor werving van deelnemers zodat dit geen belemmering vormt voor het beschikbaar stellen van AED's?*

Op dit moment vormt het aantal deelnemers geen belemmering voor de verdere uitbreiding van het AED-netwerk. Wel zien we dat het aantal aangemelde vrijwilligers in enkele buurten of dorpen relatief laag is, bijvoorbeeld voor Garderen en Kootwijk. Voor een goed functionerend netwerk is een hogere lokale deelname daar wenselijk.

Om het aantal deelnemers te vergroten werkt de gemeente actief samen met de coördinatoren van het AED-platform. Zij gaan lokaal met inwoners in gesprek, bijvoorbeeld tijdens overleggen, bijeenkomsten of lokale evenementen, om deelnemers voor het AED-netwerk te werven. Ongeveer eens per twee jaar vindt er een bijeenkomst van het AED-netwerk plaats, waar zowel leden als geïnteresseerde inwoners op af komen. Ook wordt samengewerkt met HartslagNu.

3. Bekendheid van beschikbaar AED's:

- *Hoe vergoot het college de bekendheid van de beschikbaarheid van AED's?*
- *Hoe vergroot het college het aantal deelnemers van de reeds beschikbare AED's?*

Het AED-platform werkt in alle dorpen met vrijwilligers aan het vergroten van de bekendheid van de beschikbare AED-apparaten en aan het stimuleren van deelname aan het AED-netwerk. Inwoners kunnen ook via HartslagNu zien waar AED-apparaten hangen.

Voor het werven van meer deelnemers aan het AED-netwerk verwijzen wij naar het antwoord op vraag 2.

Hieronder ziet u de cijfers uit oktober 2025.

Cijfers oktober 2025

- Aangesloten burgerhulpverleners AED-netwerk Barneveld: 600 personen
- Totaal aantal burgerhulpverleners: 1.500
- AED-apparaten AED-netwerk Barneveld: 60
- Zelf aangemelde AED-apparaten: 64
- Totaal aantal AED-apparaten: 124
- Gemiddeld aantal reanimaties per jaar (afgelopen 5 jaar): 39
- Gemiddelde opkomst burgerhulpverleners (afgelopen 5 jaar): 89,7%

Naast de circa 600 burgerhulpverleners die aangesloten zijn bij het AED-netwerk, zijn er nog ongeveer 900 inwoners als burgerhulpverlener geregistreerd bij HartslagNu. Deze groep neemt niet deel aan de jaarlijkse scholingen via het AED-netwerk, maar onderhoudt hun reanimatie- en AED-vaardigheden via andere scholingskanalen. Zij zijn wel aangesloten bij HartslagNu en worden daardoor ook opgeroepen bij reanimaties. HartslagNu is hetzelfde oproepsysteem waarmee ook de AED-vrijwilligers hun reanimatieoproepen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

