

Beantwoording politiek/technische vragen raadsleden

Nummer DOC-19-129187
 Zaaknummer Z-18-046218
 Naam raadslid A. van der Geest
 Fractie PW2010
 Onderwerp AED's
 Datum waarop de vraag is gesteld 8 februari 2019
 Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

Serious Request heeft veel aandacht gevraagd voor de inzet van AED's. Onlangs hebben we gehoord dat de gemeente veel nieuwe AED's heeft aangeschaft.

Een prima gevolg van de actie.

Het inzetten van AED's staat of valt met niet alleen met een goede spreiding over de gemeente en een groot aantal mensen, die een AED kunnen inzetten, maar ook van het beheer en de controle. Batterijen kunnen als ze niet regelmatig gecontroleerd worden, leeg zijn gelopen. Bovendien dienen na gebruik de pads ook te worden vervangen.

Ook hebben wij gehoord dat er contact is met studenten van de VU, die onderzoek doen naar gebruik en toepassing van AED's.

Wij hebben de volgende vragen:

1.	Is de controle en het onderhoud in alle kernen op dezelfde manier geregeld? En door wie wordt dit gedaan? Wanneer en hoe vaak per jaar gebeurt dit? Na iedere inzet of ook tussendoor?
antwoord	Ja. AED-Partner voert voor de gemeentelijke AED's de controle en het onderhoud uit. Dit is in alle kernen hetzelfde. Dit gebeurt na iedere inzet en daarnaast is er sprake van jaarlijkse controle. De gemeentelijke AED's voeren ook dagelijks en wekelijks zelftesten uit, die eventuele storingen moeten opmerken. Daarnaast zijn er in verschillende kernen ook vrijwillige beheerders aanwezig, die de AED's periodiek controleren (en vaak ook een rol spelen na een inzet).
2.	Wordt controle en beheer aangestuurd vanuit de gemeente?
Antwoord	Ja. Zowel AED-partner als de vrijwillige beheerders spelen hier een rol in.
3.	Hoe is de vervanging van de pads geregeld en wat is nu de exacte rol van de VU-studenten en voor welke AED's geldt dit?

Antwoord	a. AED-Partner voert dit uit. Zij stemmen soms af met de vrijwillige beheerders om de pads te vervangen. b. We denken dat hier de AMC-arrest studie bedoeld wordt. Dit is een project van AMC in heel Noord-Holland. Alle gemeentelijke AED's worden na gebruik uitgelezen. Na een inzet zoeken de vrijwillige beheerders, AED-partner of de ambulancedienst contact met de projectmedewerkers. De data wordt gebruikt om behandelend artsen te ondersteunen bij het adequaat behandelen van de patiënt.
4.	Naast de door de gemeente aangeschafte AED's zijn er ook privé AED's aangemeld bij Hart-slagNu. Als deze niet goed onderhouden worden is er sprake van een schijnveiligheid. Kunnen deze ook worden opgenomen in het gemeentelijke onderhoudscontract?
antwoord	Met bijna 60 gemeentelijke AED's pakt de gemeente haar rol in het creëren van een dekkend netwerk. Het is lastig en kostbaar alle AED's onder 1 gemeentelijk onderhoudscontract te vangen. Er hangen tegenwoordig op veel plekken particuliere AED's (bij bedrijven, supermarkten, sportverenigingen etc). Deze AED's zijn van verschillende leveranciers en het zijn verschillende modellen uit meerdere 'bouwjaren'. Daarnaast hebben de eigenaars van deze apparaten vaak al eigen onderhoudsafspraken. Wel kunnen we in onze communicatie wijzen op het belang van tijdig en kwalitatief goed onderhoud van de AED's.
5.	We hoorden dat verouderde AED's zijn weggehaald en er extra nieuwe zijn bijgekomen. Hoe is de verspreiding over de gemeente en zijn de huidige locaties duidelijk inzichtelijk gemaakt voor degenen, die zijn aangemeld bij Harts slagNu. Wat is er gebeurd met de oude AED's?
Antwoord	a. We zitten nog midden in het proces van de vervanging van de gemeentelijke AED's en het plaatsen van de nieuwe verwarmde kasten. Er zijn er op dit moment zo'n 25 reeds vervangen. De spreiding van de AED's is van te voren door de Veiligheidsregio NHN in een spreidingsplan vastgelegd. Zodra alle AED's vervangen zijn, kijken we naar eventuele 'gaten' in de dekking en plaatsen we waar nodig AED's bij. b. De vervangen apparaten worden gelijk in HartSlagNu geregistreerd, zodat dit systeem volledig up to date is. c. Het grootste deel van de AED's zit aan zijn 'termijn' en wordt afgevoerd (chemisch afval). We hebben een aantal AED's die nog relatief nieuw zijn, voor deze apparaten kijken we naar een nieuwe passende bestemming.
6.	Wordt mbt de spreiding over de kernen alleen rekening gehouden met het aantal inwoners of ook met het aantal vierkante kilometers? Immers de eerste 6 minuten zijn cruciaal bij een hartstilstand. Hier geldt hoe eerder bij het slachtoffer hoe beter.

antwoord	Samen met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben we vorig jaar een vernieuwd spreidingsplan opgesteld. Binnen dit plan houden we zo goed als mogelijk rekening met zaken als 6-minuten regel, het inwoneraantal, het aantal AED's per vierkante km. bebouwd terrein en de afstanden tussen de AED's. Hierbij wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt dat AED's die in woonkernen hangen over het algemeen het meeste nut/waarde hebben.
----------	---