CRITERIA AED KEURMERK INSTITUUT

- Functioneel gereed, dus zonder beschadigingen of breuken die het functioneren beïnvloeden.
- In de juiste omgeving: beschermd tegen stof, kou, warmte (tussen 5-30 graden, dus wanneer de AED buiten hangt: in een kast met voldoende klimaatbeheersing).
- Niet ouder dan 10 jaar.
- Jaarlijks testen en overleggen worden welke aantoonbare output de AED levert conform opgave fabrikant (acceptabele afwijking +/- 15%)
- Defibrillatie-electroden aanwezig binnen de houdbaarheidsdatum die valt in de aangegeven periode op het keurmerk.
- Batterij aangesloten met voldoende capaciteit (na plaatsingsdatum te verwachten volgens opgave fabrikant) die valt in de aangegeven periode op het keurmerk.
- Behandeling uitgevoerd volgens vigerende richtlijnen voor reanimatie/defibrillatie.
- Meest recent beschikbare software geïnstalleerd (update firmware).

Criteria AED-buitenkast

De buitenkast waarin de AED is opgehangen voldoet aan de volgende criteria:

- In de kast wordt bij voorkeur laagspanning gebruikt. De voeding (220 Volt) is buiten de kast gemonteerd. Alleen wanneer het totale systeem CE is gekeurd voor veilig gebruik buiten kan 220 Volt in de kast worden gebruikt.
- De kast verwarmt bij minimaal 5 graden celsius.
- De kast ventileert bij minimaal 30 graden celsius.
- De kast wordt bij voorkeur niet met een slot afgesloten. Een eventueel codeslot werkt naar behoren en geeft na het invoeren van de code direct toegang tot de kast. Een eventuele sleutel is direct bij de kast, bijvoorbeeld door een breekglas, bereikbaar.